

BY

Инструкция по применению зеркала гинекологического по Куско «Юнона» №№ 1/S, 2/M, 3/L

Зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» – медицинское изделие однократного применения. Зеркало состоит из прозрачных верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок из биологически инертного пластика. Зеркало упаковано в стерилизационную (конечную/индивидуальную) упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности изделия. Зеркало поставляется стерильным и готовым к использованию.

зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S	ширина створок – 20 ± 5 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M	ширина створок – 26 ± 5 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L	ширина створок – 32 ± 5 мм

Показания: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту;
- недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении гарантийного срока хранения, указанного на этикетке;
- необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки;
- применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки;
- зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

- вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало;
- зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагиттальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, затем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх);
- сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° по часовой стрелке (рис. 2);
- при извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент);
- использованное зеркало после дезинфекции подлежит утилизации.



Рисунок 1



Рисунок 2

Изготовитель/Производитель:

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург», Республика Беларусь, 210023, г. Витебск, пр-т Генерала Лядникова, 13, комната 413, тел.: +375 (212) 62-32-33, e-mail: info@simurg.by
Изготовлено в Республике Беларусь



Медицинское предприятие
Сатург
www.simurg-mp.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 12.11.2024
0240922602108

BY

Инструкция по применению зеркала гинекологического по Куско «Юнона» №№ 1/S, 2/M, 3/L

Зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» – медицинское изделие однократного применения. Зеркало состоит из прозрачных верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок из биологически инертного пластика. Зеркало упаковано в стерилизационную (конечную/индивидуальную) упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности изделия. Зеркало поставляется стерильным и готовым к использованию.

зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S	ширина створок – 20 ± 5 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M	ширина створок – 26 ± 5 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L	ширина створок – 32 ± 5 мм

Показания: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту;
- недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении гарантийного срока хранения, указанного на этикетке;
- необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки;
- применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки;
- зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

- вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало;
- зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагиттальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, затем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх);
- сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° по часовой стрелке (рис. 2);
- при извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент);
- использованное зеркало после дезинфекции подлежит утилизации.



Рисунок 1



Рисунок 2

Изготовитель/Производитель:

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург», Республика Беларусь, 210023, г. Витебск, пр-т Генерала Лядникова, 13, комната 413, тел.: +375 (212) 62-32-33, e-mail: info@simurg.by
Изготовлено в Республике Беларусь



Медицинское предприятие
Сатург
www.simurg-mp.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 12.11.2024
0240922602108

BY

Инструкция по применению зеркала гинекологического по Куско «Юнона» №№ 1/S, 2/M, 3/L

Зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» – медицинское изделие однократного применения. Зеркало состоит из прозрачных верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок из биологически инертного пластика. Зеркало упаковано в стерилизационную (конечную/индивидуальную) упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности изделия. Зеркало поставляется стерильным и готовым к использованию.

зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S	ширина створок – 20 ± 5 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M	ширина створок – 26 ± 5 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L	ширина створок – 32 ± 5 мм

Показания: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту;
- недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении гарантийного срока хранения, указанного на этикетке;
- необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки;
- применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки;
- зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения:

- вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало;
- зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагиттальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, затем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх);
- сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° по часовой стрелке (рис. 2);
- при извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент);
- использованное зеркало после дезинфекции подлежит утилизации.



Рисунок 1



Рисунок 2

Изготовитель/Производитель:

ЗАО «Медицинское предприятие Сатург», Республика Беларусь, 210023, г. Витебск, пр-т Генерала Лядникова, 13, комната 413, тел.: +375 (212) 62-32-33, e-mail: info@simurg.by
Изготовлено в Республике Беларусь



Медицинское предприятие
Сатург
www.simurg-mp.com

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 12.11.2024
0240922602108